

2020.12~2021.1

年末年始休業期間のお知らせ



年末年始の最終出荷日及びお届け開始日は下記の通りとなっております。
何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

日	月	火	水	木	金	土
12/20	21	22	23	24	25	26
27	28 連休前 最終発送日 14時までの注文で 12/29着 ※在庫品に限る	29 発送なし	30	31	1/1 元旦	2
休業						
3 休業	4 ご注文受付 開始日 14時までの注文で 1/5着 ※在庫品に限る	5	6	7	8	9

修理 TEL 011-813-5556 ご注文 FAX 0120-124-162 MAIL order@hokusan-kk.co.jp

長期休診時のお手入れ方法

！ 特に冬季間の休診は、診療室の水回りや配管の凍結にご注意ください。

ユニットに関して

- 毎日の通常のメンテナンス清掃を行う
- ユニットチェアを最低位に戻す→メインSWをOFFにする
- 水とエアーのコック(バルブ)を閉め、シリンジで水・エアーの圧力を抜く
- 各種水フィルターの交換時期の確認(ユニポア等)

機械室に関して

- コンプレッサー・エアー 드라이ヤー・バキュームの電源をOFFにする
- コンプレッサーのタンクのエアーを抜く(ドレンコックまたはエアーコックを開く)
※オートトラップで抜ける場合は必要ありません。
- バキューム分離器の清掃

レントゲンに関して

- パノラマレントゲンまたはCTを最低位まで下げる

診療室に関して

- 石膏トラップの清掃

自動現像機がある場合

- 現像液・定着液を抜いて各槽を清掃し、十分に水でゆすぐ
- ローラー部は洗浄後、乾燥させておく

お休み明けに実施すること

- 各ユニットのスπιットンの水を十分に流す(1分程度)
- コップの水を3杯以上流す
- タービン・マイクロモーター・シリンジ等の水を十分に抜く(1分以上)
※洗浄モードがあるユニットは洗浄を実施する。

